



## DMV Luma Sertter Plus™




### Φωτεινός εισαγωγέας για μεγάλους φακούς

#### Ενδεικνυόμενη χρήση

Ο εφαρμοστής DMV Luma-Sertter Plus έχει σχεδιαστεί για την τοποθέτηση φακών επαφής διαμέτρου μεγαλύτερης των 13 mm. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για σκληρικούς, μαλακούς, υβριδικούς ή αεροδιαπερατούς (ημίσκληρους) φακούς επαφής.

#### Οδηγίες χρήσης


 Πριν από την πρώτη χρήση, καθαρίστε τον εφαρμοστή με 70% ισοπροπυλική αλκοόλη και αφήστε τον να στεγνώσει φυσικά.


Εισαγωγή – Τοποθετήστε τον εφαρμοστή στο φωτιζόμενο άκρο ενός φακού τύπου στίλο. Τοποθετήστε τον φακό επαφής στο κέντρο της βεντούζας. Ακολουθήστε τις οδηγίες προετοιμασίας των φακών επαφής που σας έδωσε ο οφθαλμίατρός σας. Ανάψτε τον φακό τύπου στίλο και μετακινήστε απαλά τον φακό επαφής προς το ανοικτό μάτι χρησιμοποιώντας ως οδηγό το φωτισμένο κέντρο της βεντούζας. Κρατήστε ανοιχτά τα βλέφαρα με το άλλο χέρι και τοποθετήστε τον φακό επαφής στον κερατοειδή. Αφού ο φακός προσκολληθεί στο μάτι, αφαιρέστε τον εφαρμοστή Luma-Sertter Plus. Το φίλτρο φωτός αποτρέπει τα διαλύματα φακών επαφής να περάσουν στον φακό τύπου στίλο. Ο εφαρμοστής είναι κατάλληλα διαμορφωμένος ώστε να προσαρμόζεται στο άκρο των περισσότερων φακών τύπου στίλο. Αν το προϊόν οι ασθενείς, μπορούν να επιλέξουν να τοποθετήσουν τον εφαρμοστή στο ακροδάχτυλο τους αντί για το άκρο ενός φακού τύπου στίλο. Οι πτυχώσεις που υπάρχουν στη βεντούζα έχουν σχεδιαστεί ώστε να παρέχουν μια ανυψωμένη επιφάνεια πάνω στην οποία ακουμπά ο φακός, αποτρέποντας έτσι την προσκόλλησή του στον εφαρμοστή Luma-Sertter Plus.


Ακολουθήστε τις οδηγίες του υπεύθυνου εφαρμογής των φακών επαφής/του οφθαλμίατρου σας.

#### Καθαρισμός

Μετά από κάθε χρήση του εφαρμοστή, καθαρίζετε τον με 70% ισοπροπυλική αλκοόλη και αφήνετέ τον να στεγνώσει φυσικά. Φυλάσσετε τον εφαρμοστή στη θήκη του αφού στεγνώσει. Φροντίστε να τον αντικαταστήσετε κάθε έξι μήνες.

 **Προφύλαξη:** Αν ακουμπήσετε κατά λάθος τον εφαρμοστή στην επιφάνεια του ματιού, απλώς απομακρύνετε τον από το μάτι, καθώς δεν υπάρχει αναρρόφηση. Μη σύρετε τον εφαρμοστή πάνω στην επιφάνεια του ματιού.

 **Προσοχή:** Κρατήστε αυτό το προϊόν μακριά από υγρά, όπως κρέμα χεριών, τζελ μαλλιών, υγρά αφαίρεσης βερνικιού νυχιών και ισχυρά οξειδωτικά.


 **Προσοχή: Κίνδυνος πνιγμού.** Κρατήστε αυτό και κάθε άλλο ιατροτεχνολογικό προϊόν μακριά από παιδιά. Αυτό το προϊόν δεν συνιστάται για χρήση σε νοσούντα ή τραυματισμένα μάτια. Αν εμφανίσετε οφθαλμικό ερεθισμό, ασυνήθιστη οπτική διαταραχή ή πόνο, συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρό σας.


 **Προσοχή:** Αν και δεν υπάρχουν στοιχεία πρόκλησης αλλεργίας από αυτό το προϊόν, **το προϊόν περιέχει ξηρό φυσικό ελαστικό. Δεν περιέχει υγρό λάτεξ,** που αποτελεί γνωστό αλλεργιογόνο.

 **ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ τον εφαρμοστή Luma-Sertter Plus με φακούς επαφής διαμέτρου μικρότερης των 12,5mm, για να αποφύγετε την επαφή του με την επιφάνεια του ματιού.**

Αν αντιμετωπίσετε κάποιο σοβαρό συμβάν σε σχέση με αυτό το προϊόν, αναφέρετέ το στον κατασκευαστή. Αν κατοικείτε στην ΕΕ, αναφέρετε το συμβάν στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο είστε εγκατεστημένος(η).

Αυτό το προϊόν δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες φακών επαφής να τοποθετούν ή/και να αφαιρούν τους φακούς επαφής τους ώστε να τους χρησιμοποιούν όπως ενδείκνυται. Ως εκ τούτου, θεωρείται ιατροτεχνολογικό προϊόν.

 Το παρόν αποτελεί ιατροτεχνολογικό προϊόν

 <sup>105°C</sup>  
<sup>220°F</sup> Μην το φυλάσσετε σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 105 °C/220°F

 Διαβάξτε τις οδηγίες χρήσης  
dmvcorp.com

 Προστατεύετε από το άμεσο ηλιακό φως

 Για πολλαπλή χρήση σε ένα μόνο ασθενή

 Ημερομηνία κατασκευής



Distribution Europe:  
Prolens AG, Josefstrasse 53  
CH-8005, Zürich



DMV Corporation  
1024 Military Road  
Zanesville, Ohio 43701 - USA



Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP, The Hague; The Netherlands