



DMV Soft Lens Handler™

Pripomoček za odstranjevanje/vstavljanje mehkih kontaktnih leč

Predvidena uporaba

Pripomoček DMV Soft Lens Handler je izdelan za vstavljanje in odstranjevanje mehkih kontaktnih leč.

Navodila za uporabo



Pred prvo uporabo pripomoček očistite s 70-odstotnim izopropilnim alkoholom in počakajte, da se posuši na zraku.

Odstranjevanje – Blazinici na krakih pritisnite ob sprednji del mehke kontaktne leče. Prepričajte se, da leča leži na roženici; pri tem si pomagajte z ogledalom. Nežno stisnite kraka skupaj, da izvlečete kontaktno lečo.

Vstavljanje – Namestite vlažno kontaktno lečo na manjši konec pripomočka, kot kaže puščica. Leča naj prekriva konec pripomočka, da boste lahko spremljali svoj napredek skozi lečo.

Ravnajte se po navodilih svojega predpisovalca kontaktnih leč/strokovnjaka za očesno nego.

Čiščenje

Po vsaki uporabi pripomoček očistite s 70-odstotnim izopropilnim alkoholom in pustite, da se posuši na zraku. Ko se pripomoček posuši, ga shranite v njegov etui. Načrtujte zamenjavo pripomočka vsakih šest mesecev.



Previdnostni ukrep: Če pripomoček nenamerno namestite na površino očesa, ga preprosto povlecite stran od očesa, saj ni prisotna sesalna sila. S pripomočkom ne smete drseti po površini očesa.



Opozorilo: Ta pripomoček ne sme priti v stik s snovmi, kot so kreme za roke, geli za lase, odstranjevalci laka in močni oksidanti.



Opozorilo: Nevarnost zadušitve. Ta pripomoček in vse druge medicinske pripomočke shranjujte zunaj dosega majhnih otrok. Ta izdelek se ne priporoča za uporabo pri bolnih ali poškodovanih očeh. Če se pri vas pojavi draženje oči, neobičajna okvara vida ali bolečina, se posvetujte s svojim strokovnjakom za nego oči.



Opozorilo: Čeprav ni dokazov za težave z alergijami v povezavi s tem izdelkom, je treba upoštevati, da vsebuje suho naravno gumo. Ne vsebuje tekočega lateksa, ki je znan alergen.



Tega pripomočka NE UPORABLJAJTE za trde, plinoprepustne, skleralne ali hibridne kontaktne leče.

Če pride do kakršnega koli resnega neželenega dogodka v povezavi s tem pripomočkom, vas prosimo, da o tem poročate proizvajalcu. Če prebivate v EU, o neželenem dogodku poročajte pristojnemu organu države članice, v kateri imate stalno prebivališče.

Ta izdelek uporabnikom kontaktnih leč omogoča vstavljanje in/ali odstranjevanje kontaktnih leč, da jih lahko uporabljajo skladno s predvidenim namenom. Zato ta izdelek velja za medicinski pripomoček.



Ta izdelek je medicinski pripomoček.



Zaščitite pred neposredno sončno svetlobo.



Shranjujte pri temperaturi do 105 °C/220°F



Za enega bolnika - za večkratno uporabo



Preberite navodila za uporabo.
dmvcorp.com



Datum proizvodnje



Distribution Europe:
Prolens AG, Josefstrasse 53
CH-8005, Zürich



DMV Corporation
1024 Military Road
Zanesville, Ohio 43701 - USA



Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP, The Hague; The Netherlands