



DMV Ultra™ / DMV 45™

Koville ja RGP--piilolinseille

Käyttötarkoitus

Sekä DMV Ultra että DMV 45 on suunniteltu kovien ja RGP-piilolinssien asettamiseen ja poistamiseen. DMV Ultraa pidellään kädessä kohtisuorassa ja DMV 45:tä kaltevasti.

Käyttöohjeet



Puhdista laite ennen ensimmäistä käyttökertaa 70-prosenttisella isopropyylialkoholilla ja anna ilmkuihua.

Poistaminen – Kostuta DMV Ultra / DMV 45:n imukuppi ja ohjaa se silmää kohti. Varmista, että piilolinssi on keskellä silmää. Kohdista imukuppi aivan piilolinssin eteen ja kosketa sillä piilolinssin keskikohtaa käyttäen apuna peiliä. Ota piilolinssi välittömästi pois silmästä. Poistettuasi piilolasin liu'uta se pois imukupista varovasti sivusuunnassa.

Asettaminen – Aseta märkä piilolinssi kädensijan kapeassa päässä olevaan matalaan kuoppaan. Märkä linssi tarttuu tähän kohtaan. Kosketa piilolinssillä silmää.

Noudata piilolinssiopikoltasi saamiasi ohjeita.

Puhdistus

Puhdista DMV Ultra / DMV 45 jokaisen käyttökerran jälkeen 70-prosenttisellä isopropyylialkoholilla ja anna sen ilmkuihua. Kun laite on kuivunut, säilytä sitä koteloissaan. Vaihda se uuteen kuuden kuukauden välein.



Huomioitavaa: Jos laite jää tahattomasti kiinni silmään, liu'uta se silmäkulmaan ja poista kääntämällä.



Huomio: Älä päästä tätä tuotetta kosketuksiin erilaisten nesteiden, kuten käsivoiteiden, hiusgeelien, kynsilakan poistoaineiden ja voimakkaasti hapettavien aineiden kanssa.



Huomio: Tukehtumisvaara. Pidä tämä laite ja muut lääkinälliset laitteet pois pienten lasten ulottuvilta. Tätä tuotetta ei suositella käytettäväksi silmiin, joissa on jokin sairaus tai vamma. Jos havaitset silmissäsi ärsytystä, epätavallista näön heikkenemistä tai kipua, ota yhteys optikkoon tai silmälääkäriin.



Huomio: Vaikka tämän tuotteen käytön yhteydessä ei ole todettu allergioita, **se sisältää kuitenkin kuivaa luonnonkumia. Se ei sisällä nestemäistä lateksia**, joka on tunnettu allergeeni.



DMV Ultra / DMV 45-tuotetta EI SAA käyttää PEHMEIDEN piilolinssien tai hybridipiilolinssien käsittelyyn.

Jos tämän laitteen käytössä on ilmennyt jokin vakava tapahtuma, ilmoita siitä valmistajalle. Jos asut jossakin EU:hun kuuluvassa maassa, ilmoita tapahtumasta asuinmaasi toimivaltaiselle viranomaiselle. Tämän tuotteen avulla piilolinssien käyttäjät voivat asettaa ja/tai poistaa piilolinssit siten, että he voivat käyttää linssejä niiden käyttötarkoituksen mukaisesti. Tämän vuoksi tuote kuuluu lääkinällisiin laitteisiin.



Tämä tuote on lääkinällinen laite



Ei saa säilyttää yli 105 °C:n lämpötilassa.



Lue käyttöohjeet
dmvcorp.com



Pidä poissa suorasta auringonvalosta



Henkilökohtainen - kestävä käyttöinen



Valmistuspäivämäärä.



Distribution Europe:
Prolens AG, Josefstrasse 53
CH-8005, Zürich



DMV Corporation
1024 Military Road
Zanesville, Ohio 43701 - USA



Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP, The Hague - The Netherlands