



DMV Ultra™ / DMV 45™

## Til hårde & gasgennemtrængelige kontaktlinser

### Påtænkt anvendelse

DMV Ultra og DMV 45 er begge beregnet til isætning og udtagning af hårde og gasgennemtrængelige kontaktlinser. DMV Ultra skal holdes lodret og DMV 45 skal holdes i en vinkel.

### Brugsanvisning



Før enheden anvendes første gang, renses den med 70 % isopropylalkohol med efterfølgende lufttørring.

**Udtagning** – Fugt sugekoppen på DMV Ultra / DMV 45, og før den til øjet. Sørg for, at kontaktlinse er centreret på øjet. Placér sugekoppen foran linsen, og lad den berøre midten af linsen ved brug af et spejl. Tag kontakten direkte ud fra øjet. Efter udtagning skal kontaktlinse forsigtigt glides sidelæns af sugekoppen.

**Isætning** – Anbring den våde kontaktlinse på den lette fordybning i den smalle ende af håndtaget. Den våde linse vil klæbe fast i denne position. Rør øjet med linsen.

Følg anvisningen fra din kontaktlinse til passer/øjneplejerson.

### Rensning

DMV Ultra / DMV 45 skal hver gang efter brug renses med 70 % isopropylalkohol og efterfølgende lufttørres. Enheden opbevares i dens pakning efter tørring. Planlæg at udskifte den hver 6. måned.



**Forsigtighedsforanstaltning:** Hvis enheden utilsigtet sætter sig fast på øjet, skal den glides til øjenkrogen og udtages ved at dreje den.



**Forsigtig:** Produktet må ikke opbevares sammen med væsker, såsom håndcreme, hårgeler, neglelakfjerner og kraftige oxidideringsmidler.



**Forsigtig: Kvælningsfare.** Denne og alle andre medicinske enheder skal opbevares utilgængeligt for små børn. Dette produkt bør ikke anvendes ved sygdom eller skade i øjet. Hvis du får et irriteret øje, en usædvanlig synsforringelse eller smerter, skal du konsultere din øjenplejerson.



**Forsigtig:** Der er ingen evidens for allergiproblemer med dette produkt, omend det indeholder tørt naturgummi. Det indeholder ikke flydende latex, som er et kendt allergen.



**Brug IKKE DMV Ultra / DMV 45 til bløde kontaktlinser eller hybridlinser.**

Hvis du har oplevet en alvorlig hændelse, der er forbundet med denne enhed, skal du indberette den til producenten. Hvis du bor i EU, skal du indberette hændelsen til den kompetente myndighed i det medlemsland, hvor du befinder dig.

Dette produkt gør kontaktlinsebrugere i stand til at sætte og/eller udtage deres kontaktlinser, så de kan bruges i henhold til det påtænkte formål. Dette produkt anses derfor for at være et medicinsk udstyr.



Dette produkt er et medicinsk udstyr



Beskyttes mod direkte sol



Må ikke opbevares ved temperaturer over 105 °C/220 °F



Til enkelt patient - flergangsbrug



Læs brugsanvisningen  
dmvcorp.com



Fremstillingsdato



Distribution Europe:  
Prolens AG, Josefstrasse 53  
CH-8005, Zürich



DMV Corporation  
1024 Military Road  
Zanesville, Ohio 43701 - USA



Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP, The Hague - The Netherlands