



DMV Ultra™ / DMV 45™

Za trde in plinoprepustne kontaktne leče

Predvidena uporaba

Pripomočka DMV Ultra in DMV 45 sta izdelana za vstavljanje in odstranjevanje trdih in plinoprepustnih kontaktnih leč. Pripomoček DMV Ultra je treba držati navpično, pripomoček DMV 45 pa je treba držati pod kotom.



Navodila za uporabo

Pred prvo uporabo pripomoček očistite s 70-odstotnim izopropilnim alkoholom in počakajte, da se posuši na zraku.

Odstranjevanje – Navlažite prisesek pripomočka DMV Ultra / DMV 45 in ga vodite proti očesu. Prepričajte se, da je kontaktna leča na sredini očesa. Poravnajte prisesek tako, da stoji točno pred lečo, nato pa se z njim dotaknite sredine leče; pri tem si pomagajte z ogledalom. Lečo potegnite naravnost stran od očesa. Po odstranitvi previdno potisnite lečo stran s priskega.

Vstavljanje – Namestite vlažno kontaktno lečo nad plitko vdolbino na ozkem delu ročice. Vlažna leča se bo v tem položaju oprijela. Z lečo se dotaknite očesa.

Ravnajte se po navodilih svojega predpisovalca kontaktnih leč/strokovnjaka za očesno nego.

Čiščenje

Po vsaki uporabi pripomoček DMV Ultra / DMV 45 očistite s 70-odstotnim izopropilnim alkoholom in pustite, da se posuši na zraku. Ko se pripomoček posuši, ga shranite v njegov etui. Načrtujte zamenjavo pripomočka vsakih šest mesecev.



Previdnostni ukrep: Če se pripomoček nenamerno oprime očesa, ga potisnite proti koticu očesa in zavrtite, da ga odstranite.



Opozorilo: Ta pripomoček ne sme priti v stik s snovmi, kot so kreme za roke, geli za lase, odstranjevalci laka in močni oksidanti.



Opozorilo: Nevarnost zadušitve. Ta pripomoček in vse druge medicinske pripomočke shranjujte zunaj dosega majhnih otrok. Ta izdelek se ne priporoča za uporabo pri bolnih ali poškodovanih očeh. Če se pri vas pojavi draženje oči, neobičajna okvara vida ali bolečina, se posvetujte s svojim strokovnjakom za nego oči.



Opozorilo: Čeprav ni dokazov za težave z alergijami v povezavi s tem izdelkom, je treba upoštevati, da vsebuje suho naravno gumo. Ne vsebuje tekočega lateksa, ki je znan alergen.



Pripomočka DMV Ultra / DMV 45 NE uporabljajte za MEHKE ali hibridne kontaktne leče.

Če pride do kakršnega koli resnega neželenega dogodka v povezavi s tem pripomočkom, vas prosimo, da o tem poročate proizvajalcu. Če prebivate v EU, o neželenem dogodku poročajte pristojnemu organu države članice, v kateri imate stalno prebivališče.

Ta izdelek uporabnikom kontaktnih leč omogoča vstavljanje in/ali odstranjevanje kontaktnih leč, da jih lahko uporabljajo skladno s predvidenim namenom. Zato ta izdelek velja za medicinski pripomoček.



Ta izdelek je medicinski pripomoček.



Shranjujte pri temperaturi do 105 °C/220 °F



Preberite navodila za uporabo.
dmvcorp.com



Zaščitite pred neposredno sončno svetlobo.



Za enega bolnika - za večkratno uporabo



Datum proizvodnje



Distribution Europe:
Prolens AG, Josefstrasse 53
CH-8005, Zürich



DMV Corporation
1024 Military Road
Zanesville, Ohio 43701 - USA



Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP, The Hague; The Netherlands