



DMV Versa™



Remover end



Inserter end

## Applikátor szklerális kontaktlencsékhez

### Alkalmazási terület

A DMV Versa a szklerális kontaktlencsék behelyezésére és eltávolítására szolgál.

### Használati utasítás



Az első használat előtt tisztítsa meg az eszközt 70%-os izopropil-alkohollal, és hagyja levegőn megszáradni.

**Eltávolítás** – Nedvesítse meg a DMV Versa tapadókorongját (a kisebbik végén) sóoldattal, vezesse a szemhez, és helyezze a szklerális kontaktlencse elülső részére, a perem közelébe. Lassan húzza el a lencsét a szemtől. Ez a művelet fellazítja a lencse tapadását, és a lencse a szemből szabadon kijön. Az eltávolítás után óvatosan csúsztassa oldalra a kontaktlencsét a tapadókorongról.

**Behelyezés** – Helyezzen egy nedves szklerális lencsét a Versa nagyobbik végére, ahova a lencse enyhén feltapad. A szemhéjat tartsa nyitva másik kezével, és helyezze a szklerális kontaktlencsét a szemre. Miután a lencse a szemre tapadt, húzza vissza a DMV Versa-t. A tapadókorongon lévő bordák a korong felszínéhez képest magasabb felületet biztosítanak, melyre a lencse ráfekszik, megakadályozva ezáltal a lencse feltapadását a Versa eszközre. A műveletet segítse tűkörrel.

Kövesse kontaktológusa vagy szemorvosa utasításait.

### Tisztítás

Az eszközt használat után tisztítsa meg 70%-os izopropil-alkohollal, és hagyja levegőn megszáradni. Az eszközt a tokjában tárolja, miután megszáradt. Félévente cserélje az eszközt.



**Elővigyázatosság:** Ha véletlenül a DMV Versa a kisebbik végével (a tapadókoronggal) a szemre tapadna, csúsztassa azt a szem sarkába, és elfordítva távolítsa el. Ha véletlenül a DMV Versa a nagyobbik végével (a tartó résszel) kerülne a szembe, csak húzza ki a szemből, mivel ezen a végén nincs szívóhatás.



**Figyelem:** Tartsa távol a terméket olyan folyadékoktól, mint például a kézkrém, hajszelé, körömlakk lemosó, valamint az erős oxidálószerekektől.



**Figyelem: Fulladásveszély.** Ezt és minden más orvostechnikai eszközt gyermekektől távol kell tartani. A termék használata nem ajánlott beteg vagy sérült szemén. Ha szemirritációt, szokatlan látászavart vagy fájdalmat tapasztal, forduljon szemorvoshoz.



**Figyelem:** Bár a termék allergizáló hatására vonatkozó bizonyítékok nem állnak rendelkezésre, a termék **száraz természetes gumit tartalmaz. Nem tartalmaz folyékony latexet**, mely ismert allergén.



**NE használja a DMV Versa-t A LÁGY vagy hibrid kontaktlencsék eltávolításához.**

Ha az eszközzel kapcsolatban bármilyen súlyos esemény történt, jelentse azt a gyártónak. Ha Ön az EU-ban él, jelentse az esetet azon tagállam a illetékes hatóságának, ahol a tartózkodási helye van.

Ez a termék lehetővé teszi a kontaktlencse viselőinek, hogy a kívánt célnak megfelelően helyezték be és/ vagy távolítsák el kontaktlencséiket. Ezért ez a termék orvostechnikai eszköznek minősül.



Ez a termék orvostechnikai eszköz.



Óvja a közvetlen napsugárzástól.



Ne tárolja az eszközt 105 °C-nál melegebb helyen.



Egy beteg – többszöri használat



Olvassa el a használati útmutatót.  
dmvcorp.com



Gyártás időpontja



Distribution Europe:  
Prolens AG, Josefstrasse 53  
CH-8005, Zürich



DMV Corporation  
1024 Military Road  
Zanesville, Ohio 43701 - USA



Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP, The Hague - The Netherlands