



Remover end



Inserter end

DMV Versa™

Extractor / aplicador de lentes de contacto esclerales

Uso previsto

DMV Versa está previsto para poner y quitar lentes de contacto esclerales.

Instrucciones de uso



Antes de usar el dispositivo por primera vez límpielo con alcohol isopropílico al 70 % y deje que se seque al aire.

Retirada – Humedezca la ventosa (extremo más pequeño) del DMV Versa con una solución salina, llévela hacia el ojo y colóquela sobre la parte frontal de la lente de contacto escleral, cerca del borde. Saque lentamente la lente del ojo. Esta maniobra elimina la adhesión de la lente al ojo y la libera. Después de sacar la lente de contacto del ojo deslícela hacia un lado de la ventosa.

Aplicación – Coloque una lente escleral húmeda sobre el extremo grande del Versa; la lente se adherirá ligeramente. Mantenga los párpados abiertos con la otra mano y coloque la lente de contacto escleral sobre el ojo. Cuando la lente se haya adherido al ojo, retire el DMV Versa. Las estrías en la ventosa están previstas para proporcionar una amplia superficie de descanso a la lente, y para evitar que este se quede pegada al Versa. Utilice un espejo para guiarse.

Siga las instrucciones del profesional que le haya ajustado las lentes de contacto o del oftalmólogo.

Limpieza

Después de usar el dispositivo debe limpiarlo con alcohol isopropílico al 70 % y dejar que se seque al aire. Guarde el dispositivo en su estuche cuando se haya secado. Deberá sustituirlo cada seis meses.



Precaución: Si el DMV Versa se queda adherido de manera accidental al ojo por el extremo pequeño (ventosa), deslícelo hacia la comisura del ojo y sáquelo girándolo. Si el DMV Versa se queda adherido de manera accidental al ojo por el extremo grande (almohadilla de reposo), sáquelo sin más del ojo porque en este extremo no se produce succión.



Precaución: Mantenga este producto alejado de los líquidos, como crema de manos, geles para el cabello, quitaesmalte de uñas y oxidantes fuertes.



Precaución: Riesgo de asfixia. Mantenga este y otros productos sanitarios fuera del alcance de los niños pequeños. El uso de este producto no está recomendado en caso de ojos con alguna patología o lesiones. Si se le irrita el ojo o experimenta algún problema visual inusual o dolor acuda a su oftalmólogo.



Precaución: No hay evidencia de problemas de alergia con este producto, aunque **contiene caucho natural seco**. No contiene látex líquido, un alérgeno conocido.



NO USE el DMV Versa para quitar lentes de contacto BLANDAS o híbridas.

Deberá notificar al fabricante cualquier evento grave que se haya producido en relación con este dispositivo. Si reside en la UE deberá notificar el incidente a la autoridad competente del Estado miembro en el que usted reside.

Este producto permite a los usuarios de lentes de contacto colocar y quitar las lentes de contacto para utilizarlas de acuerdo con el uso previsto. Por tanto, este producto está considerado como un producto sanitario.



Este producto es un producto sanitario.



Proteger de la luz directa del sol



No almacenar a una temperatura superior a 105 °C/220 °F



Un solo paciente - uso múltiple



Lea las instrucciones de uso dmvcorp.com



Fecha de fabricación



Distribution Europe:
Prolens AG, Josefstrasse 53
CH-8005, Zürich



DMV Corporation
1024 Military Road
Zanesville, Ohio 43701 - USA



Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP, The Hague - The Netherlands