



Remover end



Inserter end

DMV Versa™

Pour insérer et enlever des lentilles de contact sclérales

But de l'utilisation

Le DMV Versa est conçu pour insérer et enlever des lentilles de contact sclérales

Mode d'emploi



Avant d'utiliser le DMV Versa s pour la première fois, nettoyez-le avec de l'alcool isopropylique à 70% et laissez-le sécher à l'air.

RETIRER - Humidifiez la ventouse (extrémité la plus petite) du DMV Versa avec une solution saline, guidez-la vers l'œil et placez-la sur le devant de la lentille de contact sclérale près du bord. Tirez lentement la lentille loin de l'œil. Cette action desserrera l'adhérence de la lentille et la lentille sera libérée de l'œil. Après le retrait, faites glisser délicatement la lentille de contact sur le côté de la ventouse.

INSERTION - Placez une lentille sclérale humide sur la grande extrémité de la Versa où la lentille adhère légèrement. Tenez les paupières ouvertes de l'autre main et placez la lentille de contact sclérale sur l'œil. Une fois que le cristallin a adhéré à l'œil, retirez le DMV Versa. Les nervures de la coupelle sont conçues pour fournir une surface sur laquelle la lentille peut reposer et empêcher la lentille de coller à la Versa. Utilisez un miroir pour vous guider.

Suivez les instructions de votre spécialiste des lentilles de contact / professionnel de la vue.

Nettoyage

Après chaque utilisation du DMV Versa, nettoyez-le avec de l'alcool isopropylique à 70% et laissez-le sécher à l'air libre. Rangez l'appareil dans son étui après l'avoir séché. Prévoyez de le remplacer tous les six mois.



Précaution: Si le DMV Versa se fixait accidentellement à l'œil avec la petite extrémité (ventouse), faites-le glisser vers le coin de l'œil et retirez-le en le tournant. Si le DMV Versa se fixait accidentellement à l'œil avec la grande extrémité (coussin de repos), retirez-le simplement de l'œil, car il n'y a pas d'aspiration à cette extrémité.



Considération: Tenir le DMV Versa éloigné de la crème pour les mains, du gel capillaire, du dissolvant pour vernis à ongles et des agents oxydants puissants.



Considération: Risque d'étouffement pour les jeunes enfants. Garder ce produit et tous les autres instruments médicaux hors de portée des jeunes enfants. Il n'est pas recommandé d'utiliser ce produit pour les yeux malades ou blessés. Si vous avez un œil rougi, si vous avez le mauvais œil ou si vous ressentez une douleur, consultez votre spécialiste en lentilles de contact ou un ophtalmologiste.



Considération: Bien qu'il n'y ait aucune indication d'allergie, DMV Corporation vous rend attentif au fait que ce **produit est fait de caoutchouc naturel sec**. Cependant, **le matériau ne contient pas de latex liquide** connu sous le nom d'allergène.



N'utilisez pas DMV Versa pour les lentilles de contact souples ou hybrides.

Si un incident grave vous concernant est survenu avec cet appareil, signalez-le au fabricant. Si vous résidez dans l'UE, signalez l'incident à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel vous êtes établi.

Ce produit permet aux porteurs de lentilles de contact d'insérer et / ou de retirer leurs lentilles de contact afin de les utiliser conformément à leur destination. Par conséquent, il est considéré comme un dispositif médical.



Dispositif médical



Protéger du soleil direct



Ne pas conserver plus chaud que 105° C / 220° F



Un seul patient – à usage multiple



Suivez les instructions d'utilisation
dmvcorp.com



Date de fabrication



Distribution Europe:
Prolens AG, Josefstrasse 53
CH-8005, Zürich



DMV Corporation
1024 Military Road
Zanesville, Ohio 43701 - USA



Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP, The Hague - The Netherlands