



DMV Soft Lens Handler™



Aplikators mīksto kontaktlēcu izņemšanai/ielikšanai

Paredzētā izmantošana

DMV Soft Lens handler ir paredzēts mīksto kontaktlēcu ielikšanai un izņemšanai..

Lietošanas instrukcija



Pirms pirmās lietošanas reizes notīriet ierīci ar 70% izopropilspirtu un ļaujiet tai dabiskā veidā nožūt.

Izņemšana – Stingri spiediet satvērēja galus pret mīkstās kontaktlēcas priekšpusi. Skatoties spogulī, pārliecinieties, ka lēca ir atrodas uz radzenes. Uzmanīgi saspiediet kopā satvērēja galus, lai izņemtu kontaktlēcu.

Ielikšana – Uzlieciet mitru kontaktlēcu uz ierīces mazākā gala atbilstoši bultiņas norādei. Ļaujiet lēcai pārklāt ierīces galu, lai Jūs caur lēcu varētu sekot līdzi procesa gaitai.

Ievērojiet optometrista/acs aprūpes speciālista norādījumus.

Tīrīšana

Pēc katras ierīces izmantošanas reizes notīriet to ar 70% izopropilspirtu un ļaujiet tai dabiskā veidā nožūt. Pēc nožāvēšanas uzglabājiet ierīci futrālī. Iepļānojiēt tās nomaļņu reizi sešos mēnešos.



Uzmanību! Ja ierīce nejauši saskaras ar acs virsmu, vienkārši izņemiet to no acs, jo tā nepiesūcās virsmai. Izvairoties no ierīces bīdīšanas pa acs virsmu.



Brīdinājums. Lūdzu, neuzglabājiet šo izstrādājumu tuvumā tādiem šķidrumiem kā roku krēms, matu geli, nagu lakas noņēmējs uz spēcīgi oksidētāji.



Brīdinājums. Aizrīšanās risks. Uzglabājiet šo un visas citas medicīniskās ierīces maziem bērniem nepieejamā vietā. Šo izstrādājumu nav ieteicams lietot bojātās vai traumētās acīs. Ja Jums rodas acs kairinājums, neparasti redzes traucējumi vai sāpes, konsultējieties ar acs aprūpes speciālistu.



Brīdinājums. Lietojot šo izstrādājumu nav ziņots par alerģijām, **tas nesatur sausu dabisko kaučuku. Tas nesatur šķidro lateksu**, kas ir zināms alergēns.



NEIZMANTOJIET ierīci kopā ar cietajām, gāzi caurlaidīgajām, sklēras vai hibrīda kontaktlēcām.

Ja Jums rodas jebkāds nopietns negadījums, kas saistīts ar šīs ierīces lietošanu, ziņojiet par to ražotājam. Ja Jūs dzīvojat ES, par negadījumu ziņojiet tās Dalībvalsts atbildīgajai iestādei, kurā Jūs pastāvīgi uzturaties.

Izmantojot šo izstrādājumu, kontaktlēcu nēsātāji var ievietot un/vai izņemt kontaktlēcas, lai varētu tās lietot atbilstoši paredzētajam mērķim. Tāpēc šis izstrādājums ir uzskatāms par medicīnisku ierīci.



Šis izstrādājums ir medicīniska ierīce



Sargāt no tiešas saules gaismas



Uzglabāt temperatūrā, kas nepārsniedz 105°C/220°F



Vienam pacientam – atkārtotai lietošanai



Skatīt lietošanas instrukciju
dmvcorp.com



Ražošanas datums



Distribution Europe:
Prolens AG, Josefstrasse 53
CH-8005, Zürich



DMV Corporation
1024 Military Road
Zanesville, Ohio 43701 - USA



Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP, The Hague; The Netherlands