



DMV Versa™

## Per applicare e rimuovere le lenti sclerali

### Utilizzazione

DMV Versa è adatto per applicare e rimuovere le lenti sclerali e per rimuovere le protesi oculari.

### Istruzioni per l'uso



Prima di utilizzare il DMV Versa per la prima volta, pulirlo con alcool isopropilico al 70% e lasciarlo asciugare all'aria.

**RIMUOVERE** - Inumidire la superficie di aspirazione (estremità stretta) del DMV Versa con soluzione salina e portarla alla vista. Posizionare il DMV Versa sull'obiettivo a contatto sclerale vicino al lato dell'obiettivo. Allentare la lente a contatto sclerale aderendo all'occhio tirando delicatamente la ventosa fino a quando la lente sclerale si allenta. Ora puoi toglierli dagli occhi. Per rimuovere la lente a contatto sclerale dalla ventosa, estrarre la lente a contatto sclerale dal lato della ventosa.

**INSERIMENTO** - Lente a contatto bagnata si attaccherà leggermente lì. Tieni gli occhi ben aperti con l'altra mano, guida il DMV Versa verso l'occhio con la lente a contatto e posiziona la lente a contatto sclerale sull'occhio. Una volta che l'obiettivo si attacca all'occhio, guidare il DMV Versa lontano dall'occhio. Le nervature nel guscio piccolo all'estremità più spessa sono progettate in modo tale che l'obiettivo poggi su una superficie sollevata e impedisca all'obiettivo di aderire fortemente al Versa DMV.

Seguire le indicazioni dell'installatore di lenti a contatto / dell'oculista professionale.

### Istruzioni per la pulizia

Dopo ogni utilizzo pulire la DMV Versa con alcool isopropilico al 70% e lasciare asciugare all'aria. Sostituire l'applicatore dopo 6 mesi.



**Attenzione:** Se il DMV Versa viene accidentalmente attaccato all'occhio con l'estremità piccola (ventosa), farlo scorrere verso l'angolo dell'occhio e rimuoverlo ruotandolo. Se il DMV Versa si attaccherà accidentalmente all'occhio con l'estremità grande (cuscino di appoggio), ritrarlo semplicemente dall'occhio, poiché non vi è aspirazione su questo lato.



**Attenzione:** Tenere la DMV Versa lontano da crema per le mani, gel per capelli, distaccante per smalto e forti sostanze ossidanti



**Attenzione: Rischio di soffocamento per i bambini piccoli.** Tenere questo e tutti gli altri dispositivi medici lontano dalla portata dei bambini piccoli. Si raccomanda di non utilizzare questo prodotto su occhi malati o feriti. Per irritazione agli occhi, problemi di vista insoliti o dolore, contattare il proprio specialista di lenti a contatto o oculista.



**Attenzione:** Nonostante non ci siano indicazioni di allergie, la DMV Corporation avvisa che questo **prodotto è realizzato in gomma naturale secca. Il materiale non contiene lattice liquido** noto come allergene.



**Non utilizzare DMV Versa per lenti a contatto morbide o ibride.**

Se si è verificato un incidente grave in relazione a questo dispositivo, segnalarlo al produttore. Se risiedi nell'UE, segnala l'incidente all'autorità competente dello Stato membro in cui risiedi.

Questo prodotto consente ai portatori di lenti a contatto di inserire e / o rimuovere le lenti a contatto per utilizzarle secondo lo scopo previsto. Pertanto è considerato un dispositivo medico.



Dispositivo medico



Proteggere dal sole diretto



Non conservare a temperatura superiore a 105 ° C / 220 ° F



Singolo paziente – uso multiplo



Seguire le istruzioni per l'uso  
dmvcorp.com



Data di produzione



Distribution Europe:  
Prolens AG, Josefstrasse 53  
CH-8005, Zürich



DMV Corporation  
1024 Military Road  
Zanesville, Ohio 43701 - USA



Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP, The Hague - The Netherlands