



## DMV Scleral Cup™

### Pour insérer/enlever des lentilles de contact sclérales et retirer les prothèses oculaires

#### But de l'utilisation

Le DMV Scleral Cup est conçu pour insérer/enlever des lentilles de contact sclérales et retirer des prothèses oculaires.

#### Mode d'emploi



Avant d'utiliser le DMV Scleral Cup pour la première fois, nettoyez-le avec de l'alcool isopropylique à 70% et laissez-le sécher à l'air.

**RETIRER** – Humidifiez la ventouse avec saline et pressez la poignée. Placez la ventouse contre la lentille de contact sclérale à l'aide d'un miroir. Relâchez la tension sur la poignée pour permettre à la ventouse de tenir la lentille de contact. La lentille de contact peut alors être manipulée de manière à enlever de l'œil. Suivez les instructions de votre spécialiste en lentilles de contact pour trouver la meilleure technique pour vous. Après avoir retiré la lentille, pressez à nouveau la poignée pour libérer la succion et retirez la lentille de la ventouse.

**INSERTION** – Placez la lentille de contact humide sur la tasse sans comprimer la poignée. La lentille humide adhèrera à la tasse. **NE PAS** presser la poignée pendant l'insertion de la lentille. Placez délicatement la lentille sclérale dans l'œil grand ouvert.

Suivez les instructions de votre spécialiste des lentilles de contact / professionnel de la vue.

#### Nettoyage

Après chaque utilisation du DMV Scleral Cup, nettoyez-le avec de l'alcool isopropylique à 70% et laissez-le sécher à l'air libre. **Gardez le canal d'air exempt de débris.** Rangez l'appareil dans son étui après l'avoir séché. Prévoyez de le remplacer tous les six mois.



**Précaution:** Si le Scleral Cup devait accidentellement s'attacher à l'œil, pressez la poignée pour libérer la succion et retirez-le de l'œil.



**Considération:** Tenir le DMV Scleral Cup éloigné de la crème pour les mains, du gel capillaire, du dissolvant pour vernis à ongles et des agents oxydants puissants.



**Considération: Risque d'étouffement pour les jeunes enfants.** Garder ce produit et tous les autres instruments médicaux hors de portée des jeunes enfants. Il n'est pas recommandé d'utiliser ce produit pour les yeux malades ou blessés. Si vous avez un œil rougi, si vous avez le mauvais œil ou si vous ressentez une douleur, consultez votre spécialiste en lentilles de contact ou un ophtalmologiste.



**Considération:** Bien qu'il n'y ait aucune indication d'allergie, DMV Corporation vous rend attentif au fait que ce **produit est fait de caoutchouc naturel sec**. Cependant, **le matériau ne contient pas de latex liquide** connu sous le nom d'allergène.



**N'utilisez pas DMV Scleral Cup pour les lentilles de contact souples ou hybrides.**

Si un incident grave vous concernant est survenu avec cet appareil, signalez-le au fabricant. Si vous résidez dans l'UE, signalez l'incident à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel vous êtes établi. Ce produit permet aux porteurs de lentilles de contact d'insérer et / ou de retirer leurs lentilles de contact afin de les utiliser conformément à leur destination. Par conséquent, il est considéré comme un dispositif médical.



Dispositif médical



Ne pas conserver plus chaud que 105° C / 220° F



Suivez les instructions d'utilisation  
dmvcorp.com



Protéger du soleil direct



Un seul patient – à usage multiple



Date de fabrication



Distribution Europe:  
Prolens AG, Josefstrasse 53  
CH-8005, Zürich



DMV Corporation  
1024 Military Road  
Zanesville, Ohio 43701 - USA



Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP, The Hague - The Netherlands