



# DMV Scleral Cup™

## Für Sklerallinsen und Augenprothesen

### Verwendungszweck

DMV Scleral Cup eignet sich zum Auf- und Absetzen von Sklerallinsen und zum Herausnehmen von Augenprothesen.

### Gebrauchsanweisung



Reinigen Sie den DMV Scleral Cup vor dem ersten Gebrauch mit 70% Isopropyl-Alkohol und lassen Sie ihn an der Luft trocknen.

**ABSETZEN** – Benetzen Sie die Saugfläche mit Kochsalzlösung und drücken Sie den Griff zusammen. Setzen Sie die Saugfläche parallel auf die Kontaktlinsoberfläche während Sie in einen Spiegel schauen. Während der Sauger die Linsenoberfläche berührt reduzieren Sie den Druck auf den Saugergriff, um die Kontaktlinse anzusaugen. Die Kontaktlinse kann dann so manipuliert werden, dass es möglich ist sie vom Auge abzunehmen. Um die beste Technik für Sie zu finden, folgen Sie den Anweisungen Ihres Kontaktlinsenspezialisten. Nach dem Absetzen, drücken sie den Saugergriff zusammen, um die Sogwirkung zu lösen und die Kontaktlinse vom Sauger zu nehmen.

**AUFSETZEN** – Setzen Sie die benetzte Kontaktlinse auf den Sauger ohne den Saugergriff zusammenzudrücken. Die benetzte Kontaktlinse wird dort haften. Halten Sie den Griff locker zwischen den Fingern ohne Druck auf den Griff auszuüben. Führen Sie den Sauger mit der Kontaktlinse zum Auge und setzen Sie sie vorsichtig in die Mitte der Hornhaut vor die Pupille.

Befolgen Sie die Anweisungen Ihres Kontaktlinsenspezialisten oder Augenarztes.

### Reinigung

Reinigen Sie den DMV Scleral Cup Sauger nach jedem Gebrauch mit 70% Isopropyl-Alkohol und lassen Sie ihn an der Luft trocknen. Bewahren sie ihn seinem Behälter auf. **Halten Sie den Luftkanal frei von Ablagerungen.** Planen Sie einen Austausch nach 6 Monaten.



**Vorsichtsmassnahme:** Falls der Scleral Cup Sauger versehentlich die Augenoberfläche berührt und dort haftet, drücken Sie den Griff, um die Sogwirkung aufzuheben und das Produkt vom Auge zu nehmen.



**Achtung:** Halten Sie dieses Produkt fern von Handcreme, Haargel, Nagellack-Entferner und stark oxidierenden Mitteln.



**Achtung:** Erstickungsgefahr! Halten Sie dieses und alle anderen Medizinprodukte von kleinen Kindern fern. Es wird nicht empfohlen, dieses Produkt bei erkrankten oder verletzten Augen zu verwenden. Wenn Sie ein gerötetes Auge haben oder ungewöhnlich schlecht sehen oder Schmerzen haben, suchen Sie Ihren Kontaktlinsenspezialisten oder Augenarzt auf.



**Achtung:** Obwohl kein Hinweis auf Allergien vorliegt, macht DMV Corporation darauf aufmerksam, dass dieses **Produkt aus trockenem Naturkautschuk gefertigt** wird. Das **Material enthält jedoch kein flüssiges Latex**, das als Allergen bekannt ist.



Verwenden Sie den DMV Scleral Cup **NICHT für weiche Kontaktlinsen und Hybrillinse.**

Für den Fall, dass Sie einen ernsten Vorfall in Verbindung mit diesem Produkt erleben, melden Sie dies dem Hersteller. Falls Sie in der EU wohnen, melden Sie den Vorfall, der zuständigen Behörde Ihres Mitgliedstaates.

Mit diesem Produkt können Kontaktlinsenträger ihre Kontaktlinsen einsetzen und/oder entfernen, um sie entsprechend ihrem Verwendungszweck zu benutzen. Deshalb wird es als Medizinprodukt betrachtet.



Dieses Produkt ist ein Medizinprodukt



Vor direkter Sonne schützen



Nicht über 105° C / 220° F aufbewahren



Einzelner Patient - mehrfach anwendbar



Gebrauchsanweisung beachten  
dmvcorp.com



Herstellungsdatum



Distribution Europe:  
Prolens AG, Josefstrasse 53  
CH-8005, Zürich



DMV Corporation  
1024 Military Road  
Zanesville, Ohio 43701 - USA



Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP, The Hague - The Netherlands