



DMV Ultra™ / DMV 45™

Pentru lentile de contact rigide și gaz-permeabile

Utilizarea propusă

DMV Ultra și DMV 45 sunt ambele proiectate pentru aplicarea și scoaterea lentilelor de contact rigide și gaz-permeabile. Dispozitivul DMV Ultra trebuie ținut în poziție verticală, iar dispozitivul DMV 45 se ține înclinat.

Instrucțiuni de utilizare



Înainte de prima utilizare, curățați dispozitivul cu alcool izopropilic 70% și lăsați-l să se usuce la aer.

Scoaterea – Umeziți ventuza dispozitivului DMV Ultra / DMV 45 și îndreptați-o spre ochi. Asigurați-vă că lentila de contact este bine centrată pe ochi. Aliniați ventuza în fața lentilei și poziționați-o peste centrul lentilei cu ajutorul unei oglinzi. Scoateți lentila de contact direct de pe ochi. După ce ați îndepărtat-o, scoateți cu grijă lentila de contact din ventuză, glisând-o lateral.

Aplicarea – Așezați lentila de contact umezită în cavitatea superficială din capătul îngust al mânerului. Lentila umezită va adera în această poziție. Aplicați lentila pe ochi.

Respectați instrucțiunile specialistului dvs. în lentile de contact/medicului oftalmolog.

Curățarea

După fiecare utilizare, curățați dispozitivul DMV Ultra / DMV 45 cu alcool izopropilic 70% și lăsați-l să se usuce la aer. După ce s-a uscat, păstrați dispozitivul în cutia sa. Aveți în vedere înlocuirea dispozitivului la fiecare șase luni.



Precuție: În eventualitatea în care dispozitivul se lipește accidental de ochi, glisați-l în colțul ochiului și îndepărtați-l prin răsucire.



Atenție: Nu lăsați acest produs în apropierea anumitor lichide, cum sunt cremele de mâini, gelurile de păr, produse pentru îndepărtarea lacului de unghii și agenți oxidanți puternici.



Atenție: Pericol de sufocare. Nu lăsați acest dispozitiv și toate celelalte dispozitive medicale la îndemâna copiilor mici. Nu se recomandă utilizarea acestui produs în caz de afecțiuni sau leziuni oculare. Dacă suferiți de iritații oculare, tulburări de vedere neobișnuite sau durere la nivelul ochilor, consultați specialistul oftalmolog.



Atenție: Deși nu există dovezi privind probleme de alergie asociate cu acest produs, **produsul conține cauciuc natural uscat. Nu conține latex lichid, un alergen cunoscut.**



NU utilizați DMV Ultra / DMV 45 pentru lentilele de contact MOI sau hibride.

Dacă ați fost implicat în orice fel de incident grav asociat cu acest dispozitiv, raportați acest lucru producătorului. Dacă sunteți rezident în UE, raportați incidentul către autoritatea competentă a statului membru în care sunteți stabilit.

Acest produs le permite purtătorilor de lentile de contact să își aplice și/sau să își scoată lentilele, pentru a le utiliza în conformitate cu scopul propus al acestora. Prin urmare, acest produs este considerat un dispozitiv medical.



Acest produs este un dispozitiv medical.



A se proteja de radiația solară directă



A nu se depozita la temperaturi mai mari de 105°C / 220°F



Un singur pacient - mai multe utilizări



A se citi instrucțiunile de utilizare dmvcorp.com



Data de fabricație



Distribution Europe:
Prolens AG, Josefstrasse 53
CH-8005, Zürich



DMV Corporation
1024 Military Road
Zanesville, Ohio 43701 - USA



Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP, The Hague - The Netherlands