



DMV Ultra™ / DMV 45™

Para lentes de contacto rígidas e permeáveis aos gases

Utilização prevista

O DMV Ultra e o DMV 45 foram ambos concebidos para introduzir e remover lentes de contacto rígidas e permeáveis aos gases. O DMV Ultra deve ser segurado na vertical e o DMV 45 deve ser segurado inclinado.

Instruções de utilização



Antes de utilizar pela primeira vez, limpe o dispositivo com álcool isopropílico a 70% e deixe secar ao ar.

Remoção – Humedeça a ventosa do DMV Ultra / DMV 45 e guie-o até ao olho. Assegure-se de que a lente de contacto está centrada no olho. Utilizando um espelho, alinhe a ventosa à frente da lente e toque com a ventosa no centro da lente. Remova a lente de contacto diretamente do olho. Após a remoção, faça deslizar cuidadosa e lateralmente a lente de contacto para fora da ventosa.

Introdução – Coloque a lente de contacto humedecida na pequena concavidade situada na extremidade estreita da pega. A lente humedecida irá aderir nessa posição. Toque com a lente no olho.

Siga as instruções do seu especialista em lentes de contacto/ocular.

Limpeza

De cada vez que utiliza o DMV Ultra/DMV 45, limpe-o com álcool isopropílico a 70% e deixe secar ao ar. Depois de estar seco, armazene o dispositivo na respetiva caixa. Planeie a respetiva substituição a cada seis meses.



Precaução: Se o dispositivo ficar acidentalmente preso no olho, faça-o deslizar até ao canto do olho e remova-o com um movimento rotativo.



Cuidado: Mantenha este produto afastado de líquidos como creme para as mãos, gel para o cabelo, removedor de verniz de unhas e agentes oxidantes fortes..



Cuidado: Perigo de asfixia. Mantenha este e todos os outros dispositivos médicos fora do alcance das crianças pequenas. Não se recomenda a utilização deste produto em caso de doença ou lesão ocular. Em caso de irritação ocular, perturbação involuntária **da vista ou dor, consulte o seu especialista ocular.**



Cuidado: Embora não haja evidências de alergias com este produto, o produto contém borracha natural seca. Não contém látex líquido, que é um alergénio conhecido.



NÃO utilize o DMV Ultra / DMV 45 para lentes de contacto HIDRÓFILAS ou híbridas.

Se lhe tiver ocorrido qualquer incidente grave em relação a este dispositivo, notifique o fabricante. Caso resida na UE, notifique a autoridade competente do Estado-Membro onde vive sobre o incidente.

Este produto permite que as pessoas que usam lentes de contacto as introduzam e/ou removam para as utilizarem de acordo com a finalidade prevista. Portanto, considera-se que este produto é um dispositivo médico.



Este produto é um dispositivo médico.



Proteger da luz solar direta.



Não armazenar a uma temperatura superior a 105 °C / 220 °F



Doente único — utilização múltipla



Ler as instruções de utilização.
dmvcorp.com



Data de fabrico



Distribution Europe:
Prolens AG, Josefstrasse 53
CH-8005, Zürich



DMV Corporation
1024 Military Road
Zanesville, Ohio 43701 - USA



Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP, The Hague - The Netherlands