



## DMV Vented Scleral Cup™

### Para lentes de contacto híbridas y esclerales

#### Uso previsto

DMV Vented Scleral Cup está previsto para poner lentes de contacto híbridas y esclerales.

#### Instrucciones de uso



Antes de usar el dispositivo por primera vez límpielo con alcohol isopropílico al 70 % y deje que se seque al aire.

Aplicación – Un canal de aire recorre el interior del dispositivo para deshacer la succión. Esto permite colocar la lente de contacto sobre el ojo sin que se adhiera al dispositivo. Mantenga el dispositivo en posición vertical y coloque la lente de contacto en la ventosa. Cuando aplique las lentes híbridas o esclerales asegúrese de llenar la lente con la solución aprobada. Lleve con cuidado el dispositivo hacia el ojo abierto y coloque la lente en el ojo utilizando un espejo.

Siga las instrucciones del profesional que le haya ajustado las lentes de contacto o del oftalmólogo.

#### Limpieza

Después de usar el DMV Vented Scleral Cup debe limpiarlo con alcohol isopropílico al 70 % y dejar que se seque al aire. Guarde el dispositivo en su estuche cuando se haya secado. **Mantenga el canal de aire limpio.** Deberá sustituirlo cada seis meses.



**Precaución:** Si coloca el dispositivo de manera accidental sobre la superficie del ojo no se produce succión, por lo que podrá retirarlo tal cual. Evite deslizar el dispositivo sobre la superficie del ojo.



**Precaución:** Mantenga este producto alejado de los líquidos, como crema de manos, geles para el cabello, quitaesmalte de uñas y oxidantes fuertes.



**Precaución: Riesgo de asfixia.** Mantenga este y otros productos sanitarios fuera del alcance de los niños pequeños. El uso de este producto no está recomendado en caso de ojos con alguna patología o lesiones. Si se le irrita el ojo o experimenta algún problema visual inusual o dolor acuda a su oftalmólogo.



**Precaución:** No hay evidencia de problemas de alergia con este producto, aunque **contiene caucho natural seco**. No contiene látex líquido, un alérgeno conocido.



**No USE este dispositivo PARA QUITAR las lentes de contacto**

Deberá notificar al fabricante cualquier evento grave que se haya producido en relación con este dispositivo. Si reside en la UE deberá notificar el incidente a la autoridad competente del Estado miembro en el que usted reside.

Este producto permite a los usuarios de lentes de contacto colocar y quitar las lentes de contacto para utilizarlas de acuerdo con el uso previsto. Por tanto, este producto está considerado como un producto sanitario.



Este producto es un producto sanitario.



Proteger de la luz directa del sol



No almacenar a una temperatura superior a 105 °C/220 °F



Un solo paciente - uso múltiple



Lea las instrucciones de uso  
dmvcorp.com



Fecha de fabricación



Distribution Europe:  
Prolens AG, Josefstrasse 53  
CH-8005, Zürich



DMV Corporation  
1024 Military Road  
Zanesville, Ohio 43701 - USA



Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP, The Hague - The Netherlands