



est

## DMV Ultra™ / DMV 45™



### Kõvade ja gaasi läbilaskvate kontaktläätsede jaoks

#### Sihtotstarve

Nii DMV Ultra kui ka DMV 45 on mõeldud kõvade ja gaasi läbilaskvate kontaktläätsede paigaldamiseks ja eemaldamiseks. Seadet DMV Ultra tuleb hoida vertikaalselt ja seadet DMV 45 tuleb hoida nurga all.

#### Kasutusjuhend

Enne esmakordselt kasutamist puhastage seadet 70% isopropüülalkoholiga ja laske õhu käes kuivada.

Eemaldamine – Niisutage DMV Ultra / DMV 45 iminapp ja viige see silma juurde. Veenduge, et kontaktlääts oleks silma keskel. Hoidke iminappa otse kontaktlääste ees ja asetage see peegli abil kontaktlääste keskele. Eemaldage kontaktlääts otseilugutusega silmast. Pärast kontaktlääste eemaldamist libistage see ettevaatlikult külgepidi iminapalt maha.

Paigaldamine – Asetage kontaktlääts käepideme kitsamas osas asuvasse madalasse süvendisse. Niisutatud kontaktlääts jääb sinna paigale. Asetage kontaktlääts silmale.

Järgige teile kontaktläätsed paigaldanud isiku / silmaarsti juhiseid.

#### Puhastamine

Iga kord pärast DMV Ultra / DMV 45 kasutamist puhastage seda 70% isopropüülalkoholiga ja laske õhu käes kuivada. Pärast kuivatamist hoidke seadet selle karbis. Võtke plaani seade iga kuu kuu tagant välja vahetada.

**Ettevaatusabinõud:** Kui seade peaks kogemata silma külge kinnituma, libistage seda silmanurga suunas ja eemaldage pöörates.

**Hoiatus:** Vältige seadme kokkupuudet vedelikega, nagu kätekreemid, juuksegeelid, küünelakieemaldi ja tugevalt oksüdeerivad ained.

**Hoiatus: Lämbumisoht.** Hoidke seda ja kõiki muid meditsiiniseadmeid väikelastest eemal. Seda seadet ei soovitata kasutada, kui silmad on haiged või vigastatud. Kui teil tekib silmaärritus, ebaharilik nägemishäire või valu, pidage nõu oma silmaarstiga.

**Hoiatus:** Ehkki puuduvad tõendid selle seadmega seotud allergiaprobleemide kohta, sisaldab **see siiski kuiva looduslikku kummit. See ei sisalda vedelat lateksit**, mis on tuntud allergeen.

**ÄRGE kasutage DMV Ultra / DMV 45 seadet pehmete või hübriidsete kontaktläätsede jaoks.**

Kui teil on selle seadmega seoses juhtunud mõni tõsine vahejuhtum, teatage sellest tootjale. Kui elate ELis, teatage juhtumist selle liikmesriigi pädevale asutusele, kus olete asutatud.

Selle seadmega saavad kontaktläätsede kandjad paigaldada ja/või eemaldada kontaktläätsi nende sihtotstarbelise kasutamise eesmärgil. Seetõttu loetakse seda seadet meditsiiniseadmeks.

#### Jäätmekäitlus

DMV Corporation soovib kasutatud DMV tooted utiliseerida vastavalt jäätmekäitluse ajal kehtivatele kohalikele eeskirjadele.



See seade on meditsiiniseade



Hoida otsese päikesevalguse eest



Maaletooja



Hoida temperatuuril kuni 105°C/220°F



Ühele patsiendile – mitmekordseks kasutamiseks



Tootja



Loe kasutusjuhendit dmvcorp.com



Tootiskoopüev



Tootja riik



Autoriseeritud esindaja



EU  
Bilosa Handels GmbH  
Haller Strasse 109  
6020 Innsbruck, Austria



Emergo Europe  
Westervoortsedijk 60  
6827 AT Arnhem  
The Netherlands



Switzerland  
Prolens AG, Josefstrasse 53  
CH-8005, Zürich, Switzerland



MedEnvoy Switzerland  
Gotthardstrasse 28  
CH-6302 Zug, Switzerland



UK  
IGO Optical Ltd  
The Granary, Manor Park, Warkworth  
Banbury OX17 2AG, UK



Emergo Consulting (UK)  
Limited c/o Cr360 – UL International  
Compass House, Vision Park Histon  
Cambridge CB24 9BZ, UK



DMV Corporation  
1024 Military Road  
Zanesville, Ohio 43701 - USA

