



pol

DMV Ultra™ / DMV 45™



Do soczewek kontaktowych twardych i gazoprzepuszczalnych

Przeznaczeniem

DMV Ultra oraz DMV 45 są przeznaczone do zakładania i zdejmowania twardych i gazoprzepuszczalnych soczewek kontaktowych. Urządzenie DMV Ultra należy trzymać pionowo, a urządzenie DMV — pod kątem.

Instrukcja użytkowania

Przed pierwszym użyciem należy oczyścić urządzenie 70% roztworem alkoholu izopropylowego i pozostawić je do wyschnięcia.

Wymywanie – Zwilżyć czaszę ssącą urządzenia DMV Ultra / DMV 45 i skierować ją w stronę oka. Upewnić się, że soczewka kontaktowa znajduje się centralnie na gałce ocznej. Posługując się lusterkiem, ustawić czaszę ssącą przed soczewką i dotknąć nią środka soczewki. Zdjąć soczewkę kontaktową bezpośrednio z gałki ocznej. Po zdjęciu, ostrożnie ześlizgnąć soczewkę kontaktową do boku czaszy ssącej.

Zakładanie – Umieścić wilgotną soczewkę kontaktową na płytkim wgłębieniu w wąskim końcu uchwytu. Wilgotna soczewka przylgnie w tym położeniu. Dotknąć soczewką oka.

Należy przestrzegać wskazówek osoby, która dopasowała soczewkę kontaktową/okulistę.

Czyszczenie

Po każdym użyciu urządzenia DMV Ultra / DMV 45 należy je oczyścić 70% roztworem alkoholu izopropylowego i pozostawić do wyschnięcia. Po wysuszeniu urządzenie należy przechowywać w jego opakowaniu. Należy je wymieniać co sześć miesięcy.

Środek ostrożności: W razie przypadkowego przyczepienia urządzenia do gałki ocznej, należy je przesunąć do kącika oka i zdjąć, obracając je.

Przeostroża: Należy unikać kontaktu tego urządzenia z płynami takimi jak krem do rąk, żel do włosów, zmywacz do paznokci oraz silne środki utleniające.

Przeostroża: Ryzyko zadławienia. Należy przechowywać to urządzenie oraz wszelkie inne urządzenia medyczne w miejscu niedostępnym dla małych dzieci. Nie zaleca się stosowania tego produktu w przypadku choroby lub urazu oka. W razie wystąpienia podrażnienia oka, nietypowego upośledzenia wzroku lub bólu, należy się skontaktować z okulistą.

Przeostroża: Nie ma dowodów wskazujących na występowanie reakcji alergicznej po stosowaniu tego produktu, **ale zawiera ono suchy lateks z naturalnej gumy. Nie zawiera płynnego lateksu, który jest alergenem.**

NIE należy używać DMV Ultra / DMV 45 do MIĘKKICH lub hybrydowych soczewek kontaktowych.

W razie wystąpienia jakiegokolwiek poważnego incydentu związanego ze stosowaniem tego urządzenia należy je zgłosić do producenta. Mieszkańcy UE powinni zgłaszać taki incydent do właściwego organu kraju członkowskiego miejsca zamieszkania.

Niniejszy produkt umożliwia osobom noszącym soczewki kontaktowe ich zakładanie i (lub) zdejmowanie w celu stosowania ich zgodnie z przeznaczeniem. Ten produkt jest więc urządzeniem medycznym.

Utilizacja odpadów

Firma DMV Corporation zaleca utylizowanie zużytych produktów DMV zgodnie z miejscowymi przepisami obowiązującymi w czasie dokonywania utylizacji.



Ten produkt jest urządzeniem medycznym



Nie przechowywać w temperaturze powyżej 105°C/220°F



Należy zapoznać się z instrukcją użytkowania dmvcorp.com



Chronić przed bezpośrednim wpływem światła słonecznego



Do wielokrotnego użytku przez jednego pacjenta



Data produkcji



Importer



Producent



Kraj produkcji



Upoważniony przedstawiciel



EU
Bilosa Handels GmbH
Haller Strasse 109
6020 Innsbruck, Austria



Emergo Europe
Westervoortsejdijk 60
6827 AT Arnhem
The Netherlands



Switzerland
Prolens AG, Josefstrasse 53
CH-8005, Zürich, Switzerland



MedEnvoy Switzerland
Gotthardstrasse 28
CH-6302 Zug, Switzerland



UK
IGO Optical Ltd
The Granary, Manor Park, Warkworth
Banbury OX17 2AG, UK



Emergo Consulting (UK)
Limited c/o Cr360 – UL International
Compass House, Vision Park Histon
Cambridge CB24 9BZ, UK



DMV Corporation
1024 Military Road
Zanesville, Ohio 43701 - USA

