



nor



DMV Scleral Cup™

For sklerale kontaktlinser og protetiske øyne

Avsedd anvending

DMV Scleral Cup er designet for innsetting/fjerning av sklerale kontaktlinser og fjerning av protetiske øyne.

Bruksanvisning



Enheten skal rengjøres med 70 % isopropylalkohol og lufttørkes før første gangs bruk.

FJERNING – Fukt sugekoppen og klem sammen håndtaket. Plasser sugekoppen mot den sklerale linsen ved hjelp av et speil. Slipp opp grepet på håndtaket slik at linsen suges fast. Kontaktlinsen kan deretter manipuleres slik at den kan fjernes fra øyet. Følg anvisninger fra optiker for best teknikk. Etter fjerning klemmes håndtaket sammen igjen for å slippe opp suget og linsen fjernes fra sugekoppen.

INNSETTING – Plasser den våte kontaktlinnen på koppen uten å klemme sammen håndtaket. Den våte linsen vil feste seg til koppen. IKKE klem sammen håndtaket mens linsen settes inn. Plasser den sklerale linsen forsiktig inn i det åpne øyet.

Følg anvisningene fra optiker/øyelege.

Rengjøring

Rengjør DMV Scleral Cup etter hver bruk med 70 % isopropylalkohol og la den lufttørke. Oppbevar enheten i etuiet etter tørking. **Hold luftkanalen fri for rusk.** Planlegg å erstatte den hver sjette måned.



Forholdsregel: Hvis DMV Scleral Cup ved et uhell festes til øyet, klemmer du håndtaket lett sammen for å slippe opp suget og fjerner den fra øyet.



Forsiktig: Hold dette produktet unna væsker som håndkrem, hårgelé, neglelakkfjerner og sterke oksidasjonsmidler.



Forsiktig: Kvelningsfare. Oppbevar dette og alt annet medisinsk utstyr utilgjengelig for små barn. Dette produktet er ikke anbefalt for bruk med sykdom eller skade i øyne. Hvis du opplever irritert øye, uvanlig synshemming eller smerte, ta kontakt med øyelege.



Forsiktig: Selv om det ikke er tegn på allergiproblemer med dette produktet, inneholder det tørr naturgummi. Det inneholder ikke flytende lateks, et kjent allergen.



IKKE bruk DMV Scleral Cup til MYKE eller hybride kontaktlinser.

Hvis det har oppstått en alvorlig hendelse i forbindelse med denne enheten, rapporter det til produsenten. Hvis du bor i EU, rapporter om hendelsen til myndighetene i medlemsstaten der du er etablert.

Dette produktet lar kontaktlinsebrukere sette inn og/eller fjerne kontaktlinser slik at de kan brukes i henhold til tiltenkt formål. Derfor er dette produktet ansett som en medisinsk enhet.

Avfallshåndtering

DMV Corporation anbefaler å kaste brukte DMV-produkter i henhold til gjeldende lokale forskrifter.



Dette produktet er en medisinsk enhet



Beskyttes fra direkte sollys



Importør



Oppbevares ved høyst 105 °C / 220 °F



Enkeltpasient - flerbruk



Produsent



Les bruksanvisningen
dmvcorp.com



Produksjonsdato



Produksjonsland



Autorisert representant



EU
Bilosa Handels GmbH
Haller Strasse 109
6020 Innsbruck, Austria



Emergo Europe
Westervoortsedijk 60
6827 AT Arnhem
The Netherlands



Switzerland
Prolens AG, Josefstrasse 53
CH-8005, Zürich, Switzerland



MedEnvoy Switzerland
Gotthardstrasse 28
CH-6302 Zug, Switzerland



UK
IGO Optical Ltd
The Granary, Manor Park, Warkworth
Banbury OX17 2AG, UK



Emergo Consulting (UK)
Limited c/o Cr360 – UL International
Compass House, Vision Park Histon
Cambridge CB24 9BZ, UK



DMV Corporation
1024 Military Road
Zanesville, Ohio 43701 - USA

